


Mono P HR 5/20 によるヘモグロビン A₂ とヘモグロビン E の分離



カラム：Mono P HR 5/20

サンプル：ヘモグロビン A₂ と E

流速：0.5 ml/min

開始バッファー：25 mM TEA, pH 8.1

溶出バッファー：ポリバッファー 96 (16 倍希釈), pH 7.2